

# Datenblatt



**Marke:** aquaionic

**Bezeichnung:** destilliertes Wasser, Aqua destillata, Aqua dest, entmineralisiertes Wasser, entionisiertes Wasser

**Abfüllungen:** 1 Liter, 5 Liter

Datum: 12.02.2018

**Herstellung:** Umkehrosmose und Ionenaustauscher

Probe	Wert	Einheit	TVO
Aluminium	3.3	µg/l	200
Blei	< 3.0	µg/l	10
Cadmium	< 0.5	µg/l	3
Chrom	< 1.0	µg/l	50
Eisen	< 0.5	µg/l	200
Kupfer	15.8	µg/l	2000
Mangan	< 0.1	µg/l	50
Natrium	< 1.0	mg/l	200
Nickel	< 1.0	µg/l	20
Zink	14.8	µg/l	< 5000
Fluorid	0.0	mg/l	< 1.5
Chlorid	0.08	mg/l	250
Nitrat	0.09	mg/l	50
Sulfat	0.05	mg/l	250
el. Leitfähigkeit	< 2	µS/cm	-

aquaionic Destilliertes Wasser ist nicht steril und damit nicht geeignet für Infusions- und Dialyselösungen.

Diese Daten dienen lediglich zur Information und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzzweck dar. Sie befreien den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

**Medionic GmbH & Co. KG**  
Großbrösern 1  
02627 Radibor  
Deutschland  
Geschäftsführer: Andreas Kossorz

**Telefon:** 035935-21763  
**Telefax:** 035935-21764  
**E-mail:** info@medionic.de  
**Internet:** www.medionic.de  
www.silberstab.de

**Bank:** Kreissparkasse Bautzen  
**BLZ:** 85550000  
**Kto.:** 1002031202  
**IBAN:** DE47 8555 0000 1002 0312 02  
**BIC:** SOLADES1BAT

**Amtsgericht:** Dresden  
**Handelsregister:** HRA 9708  
**USt-IdNr.:** DE304460703  
**Steuer-Nr.:** 68 658/1943  
**WEEE-Reg.-Nr.:** DE 99132281