

# Produkt-Datenblatt

AuAG-Verbundstäbe (Gold-Elektroden)



Elektrolysegeräte der Marke Ionic-Pulser®

## Medionic GmbH & Co. KG

Großbrösern 1  
02627 Radibor  
Deutschland  
Fon +49(0)35935-217963  
Fax +49(0)35935-217964  
Mail service@silberstab.de

### Parameter

Lieferdatum	23.04.20
Land	Deutschland
Auftrags-Nr.	95659561
Artikel-Nr.	530596
Werkstoff	Feinsilber / Feingold
Abmessung	Ag $\varnothing$ 3 x 20 mm   Au $\varnothing$ 1,5 x 55 mm
Gewicht	3,16 g   Ag 1,39 g   Au 2,05 g
Chemische Zusammensetzung	Ag 99,99 %   Au 99,99 %
Prüfdatum   Nr.	23.04.2020   Au 15745, Ag 11889

Abnahmebeauftragter/Prüfer	Hr. De Min
----------------------------	------------

Dem Datenblatt liegen die original Abnahmeprüfzeugnisse der Scheideanstalt(en) nach EN 10204-3.1 zugrunde.

Es wird bestätigt, daß die Lieferung den Vereinbarungen bei der Bestellung entspricht.

Dieses Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.