

# Datenblatt



**Marke:** aquaionic

**Bezeichnung:** destilliertes Wasser, Aqua destillata, Aqua dest,  
entmineralisiertes Wasser, entionisiertes Wasser

**Abfüllungen:** 1 Liter, 5 Liter

Datum: 12.05.2020

**Herstellung:** Umkehrosmose, Ionenaustauscher, Keimfilter

Probe	Wert	Einheit	TVO
Aluminium	< 2.0	µg/l	200
Blei	< 3.0	µg/l	10
Cadmium	< 0.5	µg/l	3
Chrom	< 1.0	µg/l	50
Cobalt	< 1.0	µg/l	---
Eisen	< 0.5	µg/l	200
Kupfer	0.7	µg/l	2000
Lithium	< 0.1	µg/l	---
Mangan	< 0.1	µg/l	50
Natrium	< 1.0	mg/l	200
Nickel	< 1.0	µg/l	20
Zink	< 1.0	µg/l	< 5000
Fluorid	0.0	mg/l	< 1.5
Chlorid	0.08	mg/l	250
Nitrat	0.08	mg/l	50
Sulfat	0.06	mg/l	250
el. Leitfähigkeit	< 2	µS/cm	-

*aquaionic* Destilliertes Wasser ist nicht steril und damit nicht geeignet für Infusions- und Dialyselösungen.

Diese Daten dienen lediglich zur Information und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzzweck dar. Sie befreien den Käufer auch nicht von seiner eigenen Prüfung, erforderlichenfalls durch Probeverarbeitung.

**Medionic GmbH & Co. KG**  
Großbrösem 1  
02627 Radibor  
Deutschland  
Geschäftsführer: Andreas Kossorz

**Telefon:** 035935-21763  
**Telefax:** 035935-21764  
**E-mail:** info@medionic.de  
**Internet:** www.medionic.de  
www.silberstab.de

**Amtsgericht:** Dresden  
**Handelsregister:** HRA 9708  
**USt-IdNr.:** DE304460703  
**Steuer-Nr.:** 68 658/1943  
**WEEE-Reg.-Nr.:** DE 99132281